

**Dados Cadastrais:** 

## Certificado de Calibração

Para equipamentos de pesagem

O.S:021281

MC 200594

Data:

23/08/2024

Cliente:		DOREMUS ALIMENTOS LTD				.TDA	Patrimônio:		N/C		
Endereço:		RUA SANTA MARIA DO				Á,32/62	Local / Setor:	I / Setor: SPR		AY DRAYER	
Cidade:		GUARULHOS		Estado:		SP	CNPJ/CPF:	CNPJ/CPF: 54.289		0.830/0001-00	
Especificações	do Equipai	mento:									
Fabricante PALETRANS			Capac. 1:		2000,0 Kg		d1:	0,5	Kg		
		TMB-	1B-2000		Capac. 2:				0,5	Kg	
N∘ Serie		0624	3258	Carg. Mín. :		10,0 Kg		d2:		g	
Identific.		BAL-		_				e2:			
Local de calibração:		Cliente		O Oficina interna		Ponto de trabalho:	1500,0	Kg	Classe	III	
TESTE DE PESAGEM						EXCENTRICIDADE					
CARGA		LEITURA		ERRO		Centro da plataforma: N/A Kg					
		ANTES				Leitura canto A	N/A	Kg A B C		D   E F	
0,0	Kg	0,0	Kg	0,0	Kg	Leitura canto B	N/A	Kg	Indica	idor	
10,0	Kg	10,0	Kg	0,0	Kg	Leitura canto C	N/A	N/A Kg		1	
250,0	Kg	250,0	Kg	0,0	Kg	Leitura canto D	N/A Kg		A A B B		
750,0	Kg	750,0	Kg	0,0	Kg	Leitura canto E	N/A		<sub>D</sub> D C C		
1000,0	Kg	1000,0	Kg	0,0		Leitura canto F	N/A	N/A		Indicador	
1500,0	Kg	1500,0	kg	0,0 kg		TESTE DE N	TESTE DE MOBILIDADE em		Kg PORTARIA		
1000,0	Kg	1000,0	Kg	0,0	Kg	Leitura sem a	Sobrecarga	Leitura após			
750,0	Kg	750,0	Kg	0,0 Kg		sobrecarga	aplicada	sobrecarga	157/22	Х	
250,0	Kg	250,0	Kg	0,0	Kg	1000,0	10,0	1010,0	63/44		
10,0	Kg	10,0	Kg	0,0 Kg		PROVA DE FIDELIDADE					
0,0	Kg	0,0 Kg 0,0		0,0	Kg	1 1000,	1 1000,0 Kg		2 1000,0 Kg 4 1000,0 Kg		
					3 1000,	0 Kg	4				
						Método de calibração	alibração: Comparação direta		a com o peso padrão		
					Equipamento confor		SIM				
						Incerteza expandida baseada em uma incerteza combinada multiplicada por um fator da abrangência K=2, para um nível de confiança de aproximadamente 95%- As influências das condições ambientais nas calibrações, estão atribuídas no cálculo da incerteza					
						expandidadas l		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
						Incertezas expandida das leituras:		±0,04%	IT - 26 Rev. 02		
							Padrões de trabalho utilizados:				
							jogo de peso 23 20kg: 81 AO 131 + LOTE				
							ZOKŠ: ST AO	191 + FOLE			
						Técnico:		Reg. IPEM			
						Técnic	:0:	R	eg. IPEM		