Certificado de Calibração

Para equipamentos de pesagem

MC 200001

Dados Cadastrais:

				O.S:021281	**Data: 28/08/2024**
Cliente:	DOREMUS			Patrimônio:	n/c
Endereço:	RUA SANTA MARIA DO PARÁ,32/62			Local / Setor:	MANUTENÇÃO ALMOXARIFADO
Cidade:	GUARULHOS	Estado:	SP	CNPJ:	54.289.830/0001-00

Especificações do Equipamento:

Fabricante	TECNAL	Capac. 1:	2200,00 g	d1:	0,01 g
Modelo	MARK2200	Capac. 2:		e1:	g
Nº Serie	399531	Carg. Mín. :	0,50 g	d2:	0,10 g
Identific.	BAL005			e2:	--
Local de calibração:	◉ Cliente ○ Oficina interna	Ponto de trabalho:	**2000,00** g	**Classe**	**II**

TESTE DE PESAGEM

CARGA	LEITURA	ERRO
	ANTES	
0,00 g	0,00 g	0,00 g
0,20 g	0,20 g	0,00 g
500,00 g	500,00 g	0,00 g
1000,00 g	1000,00 g	0,00 g
1500,00 g	1500,00 g	0,00 g
2000,00 g	2000,00 g	0,00 g
1500,00 g	1500,00 g	0,00 g
1000,00 g	1000,00 g	0,00 g
500,00 g	500,00 g	0,00 g
0,20 g	0,20 g	0,00 g
0,00 g	0,00 g	0,00 g
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---

EXCENTRICIDADE

Centro da plataforma: 1000,00 g

Leitura canto A	1000,01 g
Leitura canto B	1000,00 g
Leitura canto C	1000,00 g
Leitura canto D	1000,00 g
Leitura canto E	N/A
Leitura canto F	N/A

A | B | C | D | E | F

Indicador



Indicador

TESTE DE MOBILIDADE em g

Leitura sem a sobrecarga	Sobrecarga aplicada	Leitura após sobrecarga
1000,00	0,20	1000,20

PORTARIA

157/22	X
63/44	

1	1000,00 g	2	1000,00 g
3	1000,00 g	4	1000,00 g

Método de calibração: Comparação direta com o peso padrão

Equipamento conforme: SIM

Incerteza expandida baseada em uma incerteza combinada multiplicada por um fator da abrangência K=2, para um nível de confiança de aproximadamente 95%-
As influências das condições ambientais nas calibrações, estão atribuídas no cálculo da incerteza expandidadas balanças.

Incertezas expandida das leituras: ±0,006% | IT - 26 Rev. 02

Padrões de trabalho utilizados:

jogo de peso 23

Técnico:	**Reg. IPEM**
VINICIUS GOMES	10002784

Este certificado se limita exclusivamente ao instrumento verificado. Não é permitida a reprodução (total ou parcial) deste documento , sem anuência, por escrito, da Marte .