Certificado de Calibração

Para equipamentos de pesagem

MC 200465

Dados Cadastrais:

				O.S:021281	**Data: 26/08/2024**
Cliente:	DOREMUS ALIMENTOS LTDA			Patrimônio:	008326
Endereço:	RUA SANTA MARIA DO PARÁ,32/62			Local / Setor:	PESAGEM FEED
Cidade:	GUARULHOS	Estado:	SP	CNPJ/CPF:	54.289.830/0001-00

Especificações do Equipamento:

Fabricante	TOLEDO	Capac. 1:	3000,0 Kg	d1:	0,5 Kg
Modelo	2180	Capac. 2:		e1:	0,5 Kg
N◦ Serie	13488326	Carg. Mín. :	10,0 Kg	d2:	g
Identific.	BAL-41			e2:	--
Local de calibração:	◉ Cliente	○ Oficina interna	Ponto de trabalho:	**1000,0 Kg**	**Classe III**

TESTE DE PESAGEM

CARGA	LEITURA	ERRO
	ANTES	
0,0 Kg	0,0 Kg	0,0 Kg
10,0 Kg	10,0 Kg	0,0 Kg
250,0 Kg	250,0 Kg	0,0 Kg
500,0 Kg	500,0 Kg	0,0 Kg
750,0 Kg	750,0 Kg	0,0 Kg
1000,0 Kg	1000,0 kg	0,0 kg
750,0 Kg	750,0 Kg	0,0 Kg
500,0 Kg	500,0 Kg	0,0 Kg
250,0 Kg	250,0 Kg	0,0 Kg
10,0 Kg	10,0 Kg	0,0 Kg
0,0 Kg	0,0 Kg	0,0 Kg
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---

EXCENTRICIDADE

Centro da plataforma: 500,0 Kg

Leitura canto A	500,0 Kg
Leitura canto B	500,0 Kg
Leitura canto C	500,0 Kg
Leitura canto D	500,0 Kg
Leitura canto E	N/A
Leitura canto F	N/A

A | B | C | D | E | F

Indicador



Indicador

TESTE DE MOBILIDADE em Kg

Leitura sem a sobrecarga	Sobrecarga aplicada	Leitura após sobrecarga
1000,0	10,0	1010,0

PORTARIA

157/22	X
63/44	

PROVA DE FIDELIDADE

1	1000,0 Kg	2	1000,0 Kg
3	1000,0 Kg	4	1000,0 Kg

Método de calibração: Comparação direta com o peso padrão

Equipamento conforme: SIM

Incerteza expandida baseada em uma incerteza combinada multiplicada por um fator da abrangência K=2, para um nível de confiança de aproximadamente 95%-
As influências das condições ambientais nas calibrações, estão atribuídas no cálculo da incerteza expandidadas balanças.

Incertezas expandida das leituras: ±0,04% — IT - 26 Rev. 02

Padrões de trabalho utilizados:

jogo de peso 23

20kg: 81 AO 131

Técnico:	**Reg. IPEM**
vinicius gomes	10002784

Este certificado se limita exclusivamente ao instrumento verificado. Não é permitida a reprodução (total ou parcial) deste documento , sem anuência, por escrito, da Marte .

MARTE CIENTIFICA E INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA
Rua Dr Nogueira Martins, 235 - 04143-020 -Saúde - São Paulo / SP - (11) 3411-4500
CNPJ 60.431.715/0012- 83 - I.E. 147.991.635.119
www.marte.com.br