Certificado de Calibração

Para equipamentos de pesagem

MC

Dados Cadastrais:

				O.S:021281	**Data: 28/08/2024**
Cliente:	DOREMUS			Patrimônio:	007210
Endereço:	RUA SANTA MARIA DO PARÁ,32/62			Local / Setor:	NUTRIMIX PESAGEM 2
Cidade:	GUARULHOS	Estado:	SP	CNPJ:	54.289.830/0001-00

Especificações do Equipamento:

Fabricante	RADWAG		Capac. 1:	4500,00 g		d1:	0,01 g
Modelo	PS-4500		Capac. 2:			e1:	g
N◦ Serie	13225164		Carg. Mín. :	0,50 g		d2:	0,10 g
Identific.	BAL-42					e2:	--
Local de calibração:	◉ Cliente	○ Oficina interna		Ponto de trabalho:	**4100,00 g**		**Classe II**

TESTE DE PESAGEM		
CARGA	LEITURA	ERRO
	ANTES	
0,00 g	0,00 g	0,00 g
0,50 g	0,50 g	0,00 g
500,00 g	500,00 g	0,00 g
2000,00 g	2000,00 g	0,00 g
2250,00 g	2250,01 g	0,01 g
4500,00 g	4500,05 g	0,05 g
2250,00 g	2250,01 g	0,01 g
2000,00 g	2000,00 g	0,00 g
500,00 g	500,00 g	0,00 g
0,50 g	0,50 g	0,00 g
0,00 g	0,00 g	0,00 g
	DEPOIS	
0,00 g	0,00 g	0,00 g
0,50 g	0,50 g	0,00 g
500,00 g	500,00 g	0,00 g
2000,00 g	2000,00 g	0,00 g
2250,00 g	2250,00 g	0,00 g
4500,00 g	4500,00 g	0,00 g
2250,00 g	2250,00 g	0,00 g
2000,00 g	2000,00 g	0,00 g
500,00 g	500,00 g	0,00 g
0,50 g	0,50 g	0,00 g
0,00 g	0,00 g	0,00 g

EXCENTRICIDADE

Centro da plataforma: 1000,00 g

Leitura canto A	1000,01 g
Leitura canto B	1000,00 g
Leitura canto C	1000,00 g
Leitura canto D	1000,02 g
Leitura canto E	N/A
Leitura canto F	N/A

A | B | C | D | E | F

Indicador



Indicador

TESTE DE MOBILIDADE em g

Leitura sem a sobrecarga	Sobrecarga aplicada	Leitura após sobrecarga
2000,00	0,50	2000,50

PORTARIA

157/22	X
63/44	

PROVA DE FIDELIDADE

1	2000,00 g	2	2000,00 g
3	2000,00 g	4	2000,00 g

Método de calibração: Comparação direta com o peso padrão

Equipamento conforme: SIM

Incerteza expandida baseada em uma incerteza combinada multiplicada por um fator da abrangência K=2, para um nível de confiança de aproximadamente 95%-
As influências das condições ambientais nas calibrações, estão atribuídas no cálculo da incerteza expandidadas balanças.

Incertezas expandida das leituras: ±0,006% | IT - 26 Rev. 02

Padrões de trabalho utilizados:

jogo de peso 23

Técnico:	**Reg. IPEM**
VINICIUS GOMES	10002784

Este certificado se limita exclusivamente ao instrumento verificado. Não é permitida a reprodução (total ou parcial) deste documento , sem anuência, por escrito, da Marte .

MARTE CIENTIFICA E INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA
Rua Dr Nogueira Martins, 235 - 04143-020 -Saúde - São Paulo / SP - (11) 3411-4500
CNPJ 60.431.715/0012- 83 - I.E. 147.991.635.119
www.marte.com.br