


Dados Cadastrais:				O.S:021239	Data: 16/08/2024
Cliente:	DOREMUS ALIMENTOS LTDA			Patrimônio:	N/C
Endereço:	RUA SANTA MARIA DO PARÁ,32/62			Local / Setor:	MOAGEM 05
Cidade:	GUARULHOS	Estado:	SP	CNPJ/CPF:	54.289.830/0001-00

Especificações do Equipamento:

Fabricante	TOLEDO	Capac. 1:	50,000 Kg	d1:	0,005 Kg
Modelo	2090	Capac. 2:		e1:	Kg
Nº Serie	5202530	Carg. Mín. :	0,100 Kg	d2:	0,005 g
Identific.	F-B42			e2:	--
Local de calibração:	<input checked="" type="radio"/> Cliente	<input type="radio"/> Oficina interna	Ponto de trabalho:	50,000 Kg	Classe III

TESTE DE PESAGEM			EXCENTRICIDADE		
CARGA	LEITURA	ERRO	Centro da plataforma:		20,000 Kg
	ANTES		Leitura canto A	20,000 Kg	
0,000 Kg	0,000 Kg	0,000 Kg	Leitura canto B	20,000 Kg	
0,100 Kg	0,100 Kg	0,000 Kg	Leitura canto C	20,000 Kg	
2,500 Kg	2,500 Kg	0,000 Kg	Leitura canto D	20,000 Kg	
10,000 Kg	10,005 Kg	0,005 Kg	Leitura canto E	N/A	
25,000 Kg	25,010 Kg	0,010 Kg	Leitura canto F	N/A	
50,000 Kg	50,015 kg	0,015 kg	TESTE DE MOBILIDADE em Kg		
25,000 Kg	25,010 Kg	0,010 Kg	Leitura sem a	Sobrecarga	Leitura após
10,000 Kg	10,005 Kg	0,005 Kg	sobrecarga	aplicada	sobrecarga
2,500 Kg	2,500 Kg	0,000 Kg	25,000	0,100	25,100
0,100 Kg	0,100 Kg	0,000 Kg	PROVA DE FIDELIDADE		
0,000 Kg	0,000 Kg	0,000 Kg	1	25,000 Kg	2
	DEPOIS		3	25,000 Kg	4
0,000 Kg	0,000 Kg	0,000 Kg	Método de calibração: Comparação direta com o peso padrão		
0,100 Kg	0,100 Kg	0,100 Kg	Equipamento conforme: SIM		
2,500 Kg	2,500 Kg	0,000 Kg	Incerteza expandida baseada em uma incerteza combinada multiplicada por um fator da abrangência K=2, para um nível de confiança de aproximadamente 95% - As influências das condições ambientais nas calibrações, estão atribuídas no cálculo da incerteza expandidas balanças.		
10,000 Kg	10,000 Kg	0,000 Kg	Incertezas expandida das leituras: ±0,04%		
25,000 Kg	25,000 Kg	0,000 Kg	IT - 26 Rev. 02		
50,000 Kg	50,000 Kg	0,000 Kg	Padrões de trabalho utilizados:		
25,000 Kg	25,000 Kg	0,000 Kg	jogo de peso 23		
10,000 Kg	10,000 Kg	0,000 Kg	20kg: 81+82		
2,500 Kg	2,500 Kg	0,000 Kg			
0,100 Kg	0,100 Kg	0,000 Kg			
0,000 Kg	0,000 Kg	0,000 Kg			
			Técnico:		Reg. IPEM
			vinicius gomes		10002784

Este certificado se limita exclusivamente ao instrumento verificado. Não é permitida a reprodução (total ou parcial) deste documento, sem anuência, por escrito, da Marte.