Certificado de Calibração

Para equipamentos de pesagem

MC 200390

Dados Cadastrais:				O.S:01281	Data: 21/08/2024
Cliente:	DOREMUS			Patrimônio:	N/C
Endereço:	RUA SANTA MARIA DO PARÁ,32/62			Local / Setor:	SALA DE PESAGEM OLEOS AROMAS
Cidade:	GUARULHOS	Estado:	SP	CNPJ:	54.289.830/0001-00

Especificações do Equipamento:

Fabricante	toledo	Capac. 1:	5,000 kg	d1:	0,001 kg
Modelo	2096-h/1	Capac. 2:		e1:	0,001 kg
N◦ Serie	10751901	Carg. Mín. :	0,020 kg	d2:	
Identific.	F-B57			e2:	--
Local de calibração:	◉ Cliente	○ Oficina interna	Ponto de trabalho:	**5,000 g**	**Classe III**

TESTE DE PESAGEM		
CARGA	LEITURA	ERRO
	ANTES	
0,000 kg	0,000 kg	0,000 kg
0,020 kg	0,020 kg	0,000 kg
0,500 kg	0,500 kg	0,000 kg
2,000 kg	2,000 kg	0,000 kg
2,500 kg	2,500 kg	0,000 kg
5,000 kg	4,998 kg	-0,002 kg
2,500 kg	2,500 kg	0,000 kg
2,000 kg	2,000 kg	0,000 kg
0,500 kg	0,500 kg	0,000 kg
0,020 kg	0,020 kg	0,000 kg
0,000 kg	0,000 kg	0,000 kg
	DEPOIS	
0,000 kg	0,000 kg	0,000 kg
0,020 kg	0,020 kg	0,000 kg
0,500 kg	0,500 kg	0,000 kg
2,000 kg	2,000 kg	0,000 kg
2,500 kg	2,500 kg	0,000 kg
5,000 kg	5,000 kg	0,000 kg
2,500 kg	2,500 kg	0,000 kg
2,000 kg	2,000 kg	0,000 kg
0,500 kg	0,500 kg	0,000 kg
0,020 kg	0,020 kg	0,000 kg
0,000 kg	0,000 kg	0,000 kg

EXCENTRICIDADE

Centro da plataforma: 2,000 kg

Leitura canto A	2,000 kg
Leitura canto B	2,000 kg
Leitura canto C	2,000 kg
Leitura canto D	2,000 kg
Leitura canto E	N/A
Leitura canto F	N/A

A | B | C | D | E | F

Indicador



Indicador

TESTE DE MOBILIDADE em kg

Leitura sem a sobrecarga	Sobrecarga aplicada	Leitura após sobrecarga
2,000	0,020	2,020

PORTARIA

157/22	X
63/44	

PROVA DE FIDELIDADE

1	2,000 kg	2	2,000 kg
3	2,000 kg	4	2,000 kg

Método de calibração: Comparação direta com o peso padrão

Equipamento conforme: SIM

Incerteza expandida baseada em uma incerteza combinada multiplicada por um fator da abrangência K=2, para um nível de confiança de aproximadamente 95%- As influências das condições ambientais nas calibrações, estão atribuídas no cálculo da incerteza expandidadas balanças.

Incertezas expandida das leituras: ±0,04% — IT - 26 Rev. 02

Padrões de trabalho utilizados:

jogo de peso 23

Técnico:	Reg. IPEM
VINICIUS GOMES	10002784

Este certificado se limita exclusivamente ao instrumento verificado. Não é permitida a reprodução (total ou parcial) deste documento , sem anuência, por escrito, da Marte .