Certificado de Calibração

Para equipamentos de pesagem

MC 200348

Dados Cadastrais:

Cliente:	DOREMUS			O.S:01281	Data: 20/08/2024
Endereço:	RUA SANTA MARIA DO PARÁ,32/62			Patrimônio:	N/C
Cidade:	GUARULHOS	Estado:	SP	Local / Setor:	FRACIONAMENTO MANUAL
				CNPJ:	54.289.830/0001-00

Especificações do Equipamento:

Fabricante	toledo		Capac. 1:	5,000 kg		d1:	0,001 kg
Modelo	2096-h/1		Capac. 2:			e1:	0,001 kg
N◦ Serie	10241990		Carg. Mín. :	0,020 kg		d2:	
Identific.	FB-B63					e2:	--
Local de calibração:	◉ Cliente	○ Oficina interna		Ponto de trabalho:	**4100,000 g**		**Classe III**

TESTE DE PESAGEM			EXCENTRICIDADE		
CARGA	LEITURA	ERRO	Centro da plataforma:	2,000 kg	
	ANTES		Leitura canto A	2,000 kg	A | B | C | D | E | F
0,000 kg	0,000 kg	0,000 kg	Leitura canto B	1,999 kg	*Indicador*
0,020 kg	0,020 kg	0,000 kg	Leitura canto C	1,998 kg	
0,500 kg	0,500 kg	0,000 kg	Leitura canto D	2,000 kg	
2,000 kg	2,000 kg	0,000 kg	Leitura canto E	N/A	
2,500 kg	2,500 kg	0,000 kg	Leitura canto F	N/A	*Indicador*
5,000 kg	5,000 kg	0,000 kg	**TESTE DE MOBILIDADE em kg**		**PORTARIA**
2,500 kg	2,500 kg	0,000 kg	Leitura sem a sobrecarga	Sobrecarga aplicada	Leitura após sobrecarga		
2,000 kg	2,000 kg	0,000 kg				157/22	X
0,500 kg	0,500 kg	0,000 kg	2,000	0,020	2,020	63/44	
0,020 kg	0,020 kg	0,000 kg	**PROVA DE FIDELIDADE**				
0,000 kg	0,000 kg	0,000 kg	1	2,000 kg	2	2,000 kg	
			3	2,000 kg	4	2,000 kg	
---	---	---	Método de calibração: Comparação direta com o peso padrão				
---	---	---	**Equipamento conforme:** SIM				
---	---	---	*Incerteza expandida baseada em uma incerteza combinada multiplicada por um fator da abrangência K=2, para um nível de confiança de aproximadamente 95%-*				
---	---	---	*As influências das condições ambientais nas calibrações, estão atribuídas no cálculo da incerteza expandidadas balanças.*				
---	---	---	Incertezas expandida das leituras: ±0,04%			IT - 26 Rev. 02	
---	---	---	Padrões de trabalho utilizados:				
---	---	---	jogo de peso 23				
---	---	---					
---	---	---					
---	---	---					
			Técnico:		**Reg. IPEM**		
			VINICIUS GOMES		10002784		

Este certificado se limita exclusivamente ao instrumento verificado. Não é permitida a reprodução (total ou parcial) deste documento , sem anuência, por escrito, da Marte .

MARTE CIENTIFICA E INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA
Rua Dr Nogueira Martins, 235 - 04143-020 -Saúde - São Paulo / SP - (11) 3411-4500
CNPJ 60.431.715/0012- 83 - I.E. 147.991.635.119
www.marte.com.br