Certificado de Calibração

Para equipamentos de pesagem

MC 200156

Dados Cadastrais:

Cliente:	DOREMUS			O.S:01281	Data: 08/08/2024
Endereço:	RUA SANTA MARIA DO PARÁ,32/62			Patrimônio:	008423
Cidade:	GUARULHOS	Estado:	SP	Local / Setor:	P&D / APLICAÇÃO AROMAS
				CNPJ:	54.289.830/0001-00

Especificações do Equipamento:

Fabricante	RADWAG		Capac. 1:	360,000 g		d1:	0,001 g
Modelo	PS-360		Capac. 2:			e1:	g
N◦ Serie	13639293		Carg. Mín. :	0,020 g		d2:	0,010 g
Identific.	PD-BAD 11					e2:	--
Local de calibração:	◉ Cliente	○ Oficina interna		Ponto de trabalho:	**360,000 g**		**Classe II**

TESTE DE PESAGEM		
CARGA	LEITURA	ERRO
	ANTES	
0,000 g	0,000 g	0,000 g
0,020 g	0,020 g	0,000 g
50,000 g	50,000 g	0,000 g
180,000 g	180,000 g	0,000 g
200,000 g	199,999 g	-0,001 g
360,000 g	359,996 g	-0,004 g
200,000 g	199,999 g	-0,001 g
180,000 g	180,000 g	0,000 g
50,000 g	50,000 g	0,000 g
0,020 g	0,020 g	0,000 g
0,000 g	0,000 g	0,000 g
	DEPOIS	
0,000 g	0,000 g	0,000 g
0,020 g	0,020 g	0,000 g
50,000 g	50,000 g	0,000 g
180,000 g	180,000 g	0,000 g
200,000 g	200,000 g	0,000 g
360,000 g	360,000 g	0,000 g
200,000 g	200,000 g	0,000 g
180,000 g	180,000 g	0,000 g
50,000 g	50,000 g	0,000 g
0,020 g	0,020 g	0,000 g
0,000 g	0,000 g	0,000 g

EXCENTRICIDADE

Centro da plataforma: 100,000 g

Leitura canto A	100,000 g
Leitura canto B	100,001 g
Leitura canto C	100,000 g
Leitura canto D	99,999 g
Leitura canto E	N/A
Leitura canto F	N/A

A | B | C | D | E | F

Indicador



Indicador

TESTE DE MOBILIDADE em g

Leitura sem a sobrecarga	Sobrecarga aplicada	Leitura após sobrecarga
180,000	0,050	180,050

PORTARIA

157/22	X
63/44	

PROVA DE FIDELIDADE

1	180,000 g	2	180,000 g
3	180,000 g	4	180,000 g

Método de calibração: Comparação direta com o peso padrão

Equipamento conforme: SIM

Incerteza expandida baseada em uma incerteza combinada multiplicada por um fator da abrangência K=2, para um nível de confiança de aproximadamente 95%-
As influências das condições ambientais nas calibrações, estão atribuídas no cálculo da incerteza expandidadas balanças.

Incertezas expandida das leituras: ±0,006% | IT - 26 Rev. 02

Padrões de trabalho utilizados:

jogo de peso 23

Técnico:	**Reg. IPEM**
VINICIUS GOMES	10002784

Este certificado se limita exclusivamente ao instrumento verificado. Não é permitida a reprodução (total ou parcial) deste documento , sem anuência, por escrito, da Marte .

MARTE CIENTIFICA E INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA
Rua Dr Nogueira Martins, 235 - 04143-020 -Saúde - São Paulo / SP - (11) 3411-4500
CNPJ 60.431.715/0012- 83 - I.E. 147.991.635.119
www.marte.com.br