


Dados Cadastrais:				O.S:021281	Data: 13/08/2024
Cliente:	DOREMUS			Patrimônio:	N/C
Endereço:	RUA SANTA MARIA DO PARÁ,32/62			Local / Setor:	P&D / CARNEOS
Cidade:	GUARULHOS	Estado:	SP	CNPJ:	54.289.830/0001-00

Especificações do Equipamento:

Fabricante	RADWAG	Capac. 1:	4500,00 g	d1:	0,01 g
Modelo	PS-4500	Capac. 2:		e1:	g
Nº Serie	13082459	Carg. Mín. :	0,50 g	d2:	0,10 g
Identific.	PD-BCA12			e2:	--
Local de calibração:	<input checked="" type="radio"/> Cliente	<input type="radio"/> Oficina interna	Ponto de trabalho:	4100,00 g	Classe II

TESTE DE PESAGEM			EXCENTRICIDADE				
CARGA	LEITURA	ERRO	Centro da plataforma:		1000,00 g		
ANTES			Leitura canto A		1000,01 g	A B C D E F	
0,00 g	0,00 g	0,00 g	Leitura canto B		1000,00 g	Indicador  Indicador	
0,50 g	0,50 g	0,00 g	Leitura canto C		1000,00 g		
500,00 g	500,00 g	0,00 g	Leitura canto D		1000,00 g		
2000,00 g	2000,00 g	0,00 g	Leitura canto E		N/A		
2250,00 g	2249,99 g	-0,01 g	Leitura canto F		N/A		
4500,00 g	4499,99 g	-0,01 g	TESTE DE MOBILIDADE em g				PORTARIA
2250,00 g	2249,99 g	-0,01 g	Leitura sem a	Sobrecarga	Leitura após		
2000,00 g	2000,00 g	0,00 g	sobrecarga	aplicada	sobrecarga	157/22 X	
500,00 g	500,00 g	0,00 g	2000,00	0,50	2000,50	63/44	
0,50 g	0,50 g	0,00 g	PROVA DE FIDELIDADE				
0,00 g	0,00 g	0,00 g	1	2000,00 g	2	2000,00 g	
---	---	---	3	2000,00 g	4	2000,00 g	
---	---	---	Método de calibração: Comparação direta com o peso padrão				
---	---	---	Equipamento conforme: SIM				
---	---	---	<i>Incerteza expandida baseada em uma incerteza combinada multiplicada por um fator da abrangência K=2, para um nível de confiança de aproximadamente 95% - As influências das condições ambientais nas calibrações, estão atribuídas no cálculo da incerteza expandidas balanças.</i>				
---	---	---	Incertezas expandida das leituras: ±0,006%			IT - 26 Rev. 02	
---	---	---	Padrões de trabalho utilizados:				
---	---	---	jogo de peso 23				
---	---	---	Técnico:			Reg. IPEM	
---	---	---	VINICIUS GOMES			10002784	

Este certificado se limita exclusivamente ao instrumento verificado. Não é permitida a reprodução (total ou parcial) deste documento, sem anuência, por escrito, da Marte.