Certificado de Calibração

Para equipamentos de pesagem

MC

Dados Cadastrais:

Cliente:	DOREMUS ALIMENTOS LTDA			**O.S:021281**	**Data: 28/08/2024**
Endereço:	RUA SANTA MARIA DO PARÁ,32/62			Patrimônio:	005970
Cidade:	GUARULHOS	Estado:	SP	Local / Setor:	NUTRIMIX ENVASE
				CNPJ/CPF:	54.289.830/0001-00

Especificações do Equipamento:

Fabricante	TOLEDO	Capac. 1:	50,00 Kg	d1:	0,01 Kg
Modelo	2090	Capac. 2:		e1:	Kg
Nº Serie	10875295	Carg. Mín. :	0,20 Kg	d2:	0,01 g
Identific.	V-B17			e2:	--

Local de calibração: ◉ Cliente ○ Oficina interna — Ponto de trabalho: **50,00 Kg** — **Classe III**

TESTE DE PESAGEM		
CARGA	LEITURA	ERRO
	ANTES	
0,00 Kg	0,00 Kg	0,00 Kg
0,20 Kg	0,20 Kg	0,00 Kg
10,00 Kg	10,00 Kg	0,00 Kg
25,00 Kg	25,00 Kg	0,00 Kg
40,00 Kg	40,00 Kg	0,00 Kg
50,00 Kg	50,00 kg	0,00 kg
40,00 Kg	40,00 Kg	0,00 Kg
25,00 Kg	25,00 Kg	0,00 Kg
10,00 Kg	10,00 Kg	0,00 Kg
0,20 Kg	0,20 Kg	0,00 Kg
0,00 Kg	0,00 Kg	0,00 Kg
---	---	---
---	---	---
---		---
---		---
---		---
---		---
---		---
---		---
---		---
---	---	---
---	---	---

EXCENTRICIDADE		
Centro da plataforma:	20,00 Kg	
Leitura canto A	20,00 Kg	A | B | C | D | E | F — *Indicador*
Leitura canto B	20,00 Kg	
Leitura canto C	20,00 Kg	
Leitura canto D	20,00 Kg	A B C D — *Indicador*
Leitura canto E	N/A	
Leitura canto F	N/A	

TESTE DE MOBILIDADE em Kg			PORTARIA	
Leitura sem a sobrecarga	Sobrecarga aplicada	Leitura após sobrecarga		
			157/22	X
25,00	0,20	25,20	63/44	

PROVA DE FIDELIDADE			
1	25,00 Kg	2	25,00 Kg
3	25,00 Kg	4	25,00 Kg

Método de calibração: Comparação direta com o peso padrão

Equipamento conforme: SIM

Incerteza expandida baseada em uma incerteza combinada multiplicada por um fator da abrangência K=2, para um nível de confiança de aproximadamente 95%-
As influências das condições ambientais nas calibrações, estão atribuídas no cálculo da incerteza expandidadas balanças.

Incertezas expandida das leituras: ±0,04% — IT - 26 Rev. 02

Padrões de trabalho utilizados:

jogo de peso 23

20kg: 81+82

Técnico:	**Reg. IPEM**
vinicius gomes	10002784

Este certificado se limita exclusivamente ao instrumento verificado. Não é permitida a reprodução (total ou parcial) deste documento , sem anuência, por escrito, da Marte .

MARTE CIENTIFICA E INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA
Rua Dr Nogueira Martins, 235 - 04143-020 -Saúde - São Paulo / SP - (11) 3411-4500
CNPJ 60.431.715/0012- 83 - I.E. 147.991.635.119
www.marte.com.br